

**U.O.C. Provveditorato**

Via F. Iannaccone n. 21 - 83100 AVELLINO

Tel. 0825-164400 interno 2213 - Fax. 0825-1644007

Direttore ad interim: dr.ssa Mariarosaria Di Trolino.

e-mail: mditrolino@aslavellino.it

---

Prot.n. .... - del .....

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  
PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE**

**Chiarimenti n. 2**

Facendo seguito a richieste di chiarimenti prevenute alla scrivente Unità Operativa si specifica quanto segue:

**Disciplinare di Gara:**

- Art. 8 - lettera B "Documentazione Tecnica": si conferma tutto quanto richiesto e si specifica: 1) la breve relazione tecnica deve indicare sinteticamente le caratteristiche dell'apparecchio; 2) è sufficiente allegare un CD contenente la documentazione in PDF relativa ai lotti presentati; 3) è possibile presentare un fascicolo a parte per il materiale di consumo;
- si precisa, inoltre, che si può presentare un solo modello per lotto con relativa scheda tecnica.

**Capitolato Speciale d'Appalto:**

- Premessa: si precisa che verrà adottato il criterio della rotazione anche per modelli specifici di apparecchiature indicati dai medici specialisti prescrittori se offerti da più ditte;
- Art. 6 "Caratteristiche delle apparecchiature": si chiarisce che il refuso è il riferimento al lotto 4 che non è dotato di batteria interna e quindi è possibile offrire apparecchiature con batteria esterna;
- Art. 7 "Descrizione dei lotti e quantitativi presunti":
  - a) Lotti 5 e 6 (PSV e Ventilatori presso volumetrici non invasivi): la regolazione del trigger di flusso e di pressione è caratteristica possibile e pertanto non vincolante;
  - b) Lotto 10 (Saturimetri): si conferma quanto richiesto;
  - c) Lotto 11 (Giubotti): le batterie supplementari sono richieste solo se previste;
  - d) Lotto 14 (Cannule tracheali): si precisa che per ogni tipologia di cannule si potranno presentare varie misure indicando un importo medio per tipologia;
- Art. 8 "Caratteristiche dei prodotti e materiale consumabile": la richiesta di "PVC e DEHP free" è relativa al materiale di consumo a contatto con il paziente quindi per maschere, sondini e cannule;
- Art. 9 "Saturimetri - Nebulizzatori - Aspiratori": le caratteristiche richieste si riferiscono ai lotti 9, 10 e 13;
- Art. 27 "Lingua": si conferma quanto scritto;

Modello Allegato 3 punto 1.b: si precisa che per data di inizio e ultimazione contratto si intende il periodo al quale si riferisce l'importo contabilizzato;

Modello Allegato 6: il sistema di telemonitoraggio è una fornitura opzionale richiesta dal medico prescrittore e pertanto non è indicato l'importo di riferimento ma il prezzo viene specificato dal concorrente.