

**U.O. C. PROVVEDITORATO**

Direttore f.f.: avv. R. Petrosino  
mail: provveditorato@aslavellino.it

**VERBALE COMMISSIONE TECNICA  
RDO 2374203 per la fornitura di 2 Sistemi a Colonna per Videoendoscopia**

Addì 12 novembre 2019, alle h. 08:50 sono presenti presso l'UOC Provveditorato di Via Iannaccone i dipendenti:

>ing. Caggiano Antonio

Presidente;

>dr. Palmieri Danilo Giovanni

Commissario;

>dr. Andreottola Giovanni

Commissario/Segretario;

della Commissione di gara nominata con delibera 1413 del 24/10/2019 per l'esame e la valutazione della documentazione tecnica.

**Premesso che:**

-con Verbale del 07/11/2019 la Commissione Tecnica si è autoconvocata per il completamento della valutazione delle offerte tecniche;

-che in seduta riservata, la stessa riprende i lavori dedicandosi al calcolo dei punteggi attribuiti e, ove necessario, alla riparametrazione degli stessi, con le risultanze di cui alla griglia allegata, a formare parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Alle h. 11,15 si chiude la seduta odierna dando mandato al Rup di compiere le operazioni telematiche previste dal Sistema Mepa e ogni altra attività disciplinata dal Codice degli Appalti.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE TECNICA**


-ing. A. Caggiano



-dr. G.D. Palmieri



-dr. G. Andreottola con funzioni di Segretario



[Empty box]

CRITERIO	Descrizione	max punteggio attribuibile	PUNTEGGIO TECNICO						media	coeff. Riparam.	punti
			COMMISSARI		dr.Palmeri		dr.Andreotola				
			ing. Caggiano		dr.Palmeri		dr.Andreotola				

<b>1</b>	Video-processore HD	Peso	Punteggio	Peso	Punteggio	Peso	Punteggio	Peso	Punteggio
----------	---------------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

**SUB CRITERIO 1.1) Regolazione delle immagini e funzionalità cromatiche**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	3	1	3	1	3	1	3	3
<b>concor.2</b>	ASE	3	0,65	1,95	0,65	1,95	0,65	1,95	1,95
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	3	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	2,4

**SUB CRITERIO 1.2) Caratteristiche dello zoom elettronico**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6
<b>concor.2</b>	ASE	2	1	2	1	2	1	2	2
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6

**SUB CRITERIO 1.3) Operabilità del pannello di comando e capacità di archiviazione**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	2	0,8	1,6	0,65	1,3	0,8	1,6	1,5
<b>concor.2</b>	ASE	2	0,5	1	0,5	1	0,65	1,3	1,1
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	2	1	2	1	2	1	2	2

**SUB CRITERIO 1.4) Programmabilità e personalizzazione delle funzioni**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>concor.2</b>	ASE	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTALE SUB CRITERIO 1</b>		<b>8</b>							

<b>2</b>	Fonte di luce (eventualmente integrata nel video-processore)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SUB CRITERIO 2.1) Tecnologia della lampada (Xenon o led)**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	3	1	3	1	3	1	3	3	3
-----------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>concor.2</b>	ASE	3	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	3	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

**SUB CRITERIO 2.2) Durata della lampada (in ore)**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>concor.2</b>	ASE	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**TOTALE SUB CRITERIO 2**

**5**

**3** Monitor flat medicale full-HD

**SUB CRITERIO 3.1) Dimensioni schermo**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>concor.2</b>	ASE	2	0,5	1	0,5	1	1	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**SUB CRITERIO 3.2) Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ecc.)**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<b>concor.2</b>	ASE	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**TOTALE SUB CRITERIO 3**

**3**

**4** Sistema di registrazione digitale

**SUB CRITERIO 4.1) Capacità di memoria dell'hard disk interno**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	2	0,65	1,3	0,65	1,3	0,65	1,3	0,65	1,3	0,65	1,3	1,3	1,3	1,3	1,625	1,625	1,625
<b>concor.2</b>	ASE	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2	2
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2	2

**SUB CRITERIO 4.2) Formati video ed immagini compatibili**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>concor.2</b>	ASE	1	0,65	0,65	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**TOTALE SUB CRITERIO 4**

**3**

*Handwritten signatures and initials.*

Handwritten signature and initials.

5	Insufflatore CO2																				
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUB CRITERIO 5.1)Flusso massimo erogato (in l/min.)																				
concor.1	PENTAX ITALIA srl	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2
concor.2	ASE	2	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,25	0,5	0,83									0,83
concor.3	OLYMPUS ITALIA SRL	2	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6									1,6

SUB CRITERIO 5.2)Caratteristiche ed operabilità del pannello frontale di controllo																				
concor.1	PENTAX ITALIA srl	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	0,93									0,93
concor.2	ASE	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65									0,65
concor.3	OLYMPUS ITALIA SRL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1
TOTALE SUB CRITERIO 5		3																		

6	Carrello elettrificato per endoscopia																				
SUB CRITERIO 6.1)Regolazione altezza ed angolazione dei ripiani																					
concor.1	PENTAX ITALIA srl	1	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,93	
concor.2	ASE	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65									0,65	
concor.3	OLYMPUS ITALIA SRL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	

SUB CRITERIO 6.2) Ergonomia																					
concor.1	PENTAX ITALIA srl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
concor.2	ASE	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65									0,65	
concor.3	OLYMPUS ITALIA SRL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	
TOTALE SUB CRITERIO 6		2																			

7	Videogastroscopi HD																				
SUB CRITERIO 7.1)Tecnologia della camera																					
concor.1	PENTAX ITALIA srl	4	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	0,65	2,6	3									3	
concor.2	ASE	4	0,5	2	0,5	2	0,5	2	0,5	2	2									2	
concor.3	OLYMPUS ITALIA SRL	4	1	4	1	4	1	4	1	4	4									4	
SUB CRITERIO 7.2.) Angolo di visione																					
SUB CRITERIO 7.2.) Angolo di visione																					



<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	4	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	3,2	3,2	3,2	4	3,2
-----------------	--------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

**SUB CRITERIO8.4) Movimentazione up-down / left-right**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	4	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	3,2	3,2	4	4	4
<b>concor.2</b>	ASE	4	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	3,2	3,2	4	4	4
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	4	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	0,8	3,2	3,2	3,2	4	4	4

**SUB CRITERIO8.5) Operabilità ed ergonomia dello strumento**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	6	0,8	4,8	0,8	4,8	0,65	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>concor.2</b>	ASE	6	0,5	3	0,5	3	0,5	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	6	1	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6

TOTALE SUB CRITERIO 8

23

<b>9</b>	Servizi post-vendita														
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SUB CRITERIO9.1) Estensione del periodo di garanzia full-risk di tutta la strumentazione offerta per un periodo di 12 mesi**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	6	1	6	1	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6
<b>concor.2</b>	ASE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	6	1	6	1	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6

TOTALE SUB CRITERIO 9

6

TOTALE CRITERI

70

**PUNTEGGIO TOTALE**

<b>concor.1</b>	PENTAX ITALIA srl	63,74
<b>concor.2</b>	ASE	46,08
<b>concor.3</b>	OLYMPUS ITALIA SRL	65,80